

Kalisz, dnia 02 lipiec 2010 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na dostawę i montaż sufitowej lampy operacyjnej bezcieniowej dwugłowicowej (znak sprawy 51/10).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o stałej temperaturze barwowej wynoszącej 4 500 K ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją temperatury barwowej w zakresie od 3 600 K do 5 000 K, co jest parametrem szerszym od opisanego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej z regulacją temperatury barwowej o powyższym zakresie .

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści lampę o głębokości oświetlenia wynoszącej 85 cm, który to parametr nieznacznie odbiega od opisanego i nie pogarsza właściwości użytkowych lampy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o głębokości oświetlenia (bez potrzeby ogniskowania) wynoszącej 85 cm.

Pytanie nr 4:

Proszę o wyjaśnienie czy w pkt. 21 tabeli opisu przedmiotu zamówienia nie nastąpiła pomyłka, ponieważ piszecie Państwo że regulacja natężenia oświetlenia ma odbywać się w zakresie 5 – 100 % a standardowo zakres ten obejmuje (i tak też ma wielu producentów lamp operacyjnych) 50 – 100 % ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nie nastąpiła pomyłka. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne LEDowe z temperaturą barwową 4 300 K?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową z zakresem roboczym 70-150 cm i głębokością 80 cm?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne LEDowe z regulacją natężenia oświetlenia 17500-160000 lux dla kopuły głównej i 17500-140000 lux dla kopuły satelitarnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. pkt 9:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą stałą temperaturę barwową 4 500 K? Zmiany temperatury barwowej podczas zabiegu powodują zmiany zabarwienia obszarów w polu operacyjnym co może mieć wpływ na nieprawidłową diagnozę.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 9 dot. pkt. 17, 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która jest wyrobem klasy I, posiada stopień ochrony IP 42 i jest przystosowana do pracy w warunkach sali operacyjnej, co potwierdzone jest deklaracją zgodności z normami EN 60601-1 i EN 60601-2-41 wystawioną przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lampę będącą wyrobem w klasie ochrony IP 42, jeżeli spełnione zostaną pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. pkt. 20

Ponieważ matryca lampy złożona z diod różnokolorowych może emitować barwne odbłyski oraz rozpraszać uwagę personelu medycznego, prosimy o dopuszczenie lampy, która posiada matrycę złożoną z diod białych emitujących

spójne i jednorodne światło.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy jak wyżej.

Pytanie nr 11 dot. pkt. 21

Prosimy o dopuszczenie lampy posiadającej regulację natężenia oświetlenia w zakresie 30-100%. Natężenie światła poniżej 30% powoduje wyłączenie większości modułów LED co daje światło niejednorodne.

zakresie Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy posiadającej regulację natężenia oświetlenia w zakresie 30-100%.

Pytanie nr 12 dot. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą regulację wielkości pola operacyjnego tylko za pomocą centralnego uchwytu sterylnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowanie lampę posiadającą regulację wielkości pola operacyjnego za pomocą centralnego uchwytu sterylnego, jeżeli spełnione zostaną pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. pkt. 27

Prosimy o podanie wysokości sali od podłogi do sufitu podwieszanego, od podłogi do stropu głównego oraz typu stropu głównego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na sali operacyjnej nie ma sufitu podwieszanego. Odległość od stropu jest podana w pkt 27 „Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”.