

Kalisz, dnia 14 lipca 2010 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: sukcesywne dostawy zestawów do drenażu: opłucnej, klatki piersiowej oraz bezpiecznych zestawów do punkcji opłucnej.
Znak sprawy: 135/10

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w pozycji 3 zamiast wymaganych rozmiarów drenów dopuści dreny w rozmiarach 10F, 12F, 16F, 20F, 24F, 28F, 32F spełniających pozostałe parametry?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści poniższy zestaw do punkcji opłucnej:
Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera - z drenem 12F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym, rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera, strzykawką oraz kranikiem 4-drożnym i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie w formie tacki, sterylny.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 3: Paragraf 3 ustęp 2 lit.b

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w paragrafu z umowy.

Pytanie nr 4: Paragraf 6 ustęp 4

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zamawiający ma prawo wykonywać potrącenia kary umownej wynikającej z §6 niniejszej umowy z wierzytelności wzajemnych, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §6 ust.4.

Pytanie nr 5: Pytanie do pozycji (zestawu) nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej o pojemności komory zbiorczej 2500 ml?
Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: TAK

Jednocześnie Zamawiając informuje, że termin składania ofert został przesunięty. Oferty należy składać do godz. 9:00 dnia 19.07.2010r. w Kancelarii Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:30 w dniu 19.07.2010r.