

Kalisz, dnia 22 września 2010 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „**Dostawę i montaż myjni endoskopowej oraz stołu operacyjno zabiegowego**”

nr sprawy: 75/10.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Dotyczy: **Zadania nr 2 Dostawa i montaż stołu operacyjno zabiegowego**

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół o długości 2000 mm, który to parametr nieznacznie różni się od opisanego i nie pogarsza właściwości użytkowych stołu ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie od 760 mm do 1060 mm ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu pleców w zakresie od - 45° do + 75° ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podglówka w zakresie od - 45° do + 30° ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie +/- 30° ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej w zakresie od - 90° do + 30° ?

Odpowiedź: TAK

.

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie +/- 30° ?

Odpowiedź: NIE (Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ).

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający dopuści stół z przystawką ginekologiczną z miską ze stali nierdzewnej bez możliwości obrotu wokół osi pionowej ?

Odpowiedź: NIE (Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ).