



Kalisz, dnia 14 października 2010 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy systemu do wydłużania i zmiany kąta szyjkowo-trzonowego, preparatu do rekonstrukcji kości oraz implantów do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu (znak sprawy 80/10).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu sterylne śruby kaniulowane o długościach od 12 mm do 50 mm i średnicach 2,5 mm, 3 mm i 4,5 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie śrub kaniulowanych o parametrach jak wyżej.

Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tytanowych śrub pakowanych sterylnie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie śrub pakowanych sterylnie.

Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śrub typu Herberta o średnicy 2,5 - 3,2 mm w zakresie długości 12 - 30 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie śrub o parametrach jak wyżej.