



Kalisz, dnia 19 listopada 2010 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „**Dostawę i uruchomienie wywoływarki automatycznej do zdjęć rtg**”

nr sprawy: 146/10

W odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby producent procesora był równocześnie producentem filmów i odczynników.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie, gdzie wydajność przy czasie obróbki 90 sek dla formatu 35x43 wynosi 75 błon/ godz.?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych parametrach.