

#

Kalisz, dnia 13 grudnia 2010 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: **Dostawę i uruchomienie urządzeń medycznych oraz wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii**

nr sprawy: 94/10.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Dotyczy: Zadania nr 2

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę cytologiczną bez klawiatury, w której obsługa odbywa się przez dotykowy ekran LCD?

Odpowiedź: TAK (Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania).

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę cytologiczną z prędkością programowaną w zakresie 500-2000 rpm?

Odpowiedź: NIE (Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ).

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę cytologiczną z rotorem, w którym można umieścić jednorazowo 12 pojemników pojedynczych (12 próbek) lub podwójnych (24 próbki) o objętości 0,1 do 1 ml albo 12 pojemników pojedynczych o pojemności 1 do 6 ml.?

Odpowiedź: NIE (Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ).

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę cytologiczną z prędkością programowaną w zakresie 250-200 rpm?

Odpowiedź: NIE (Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ).