

Kalisz, dnia 11-03-2011 roku

## **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

# **I N F O R M A C J A**

**dot. postępowania na: sukcesywne dostawy odzieży, prześcieradeł, serwet jednorazowych niesterylnych i sterylnych obłożów chirurgicznych”**

(znak sprawy 19/11).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

**dotyczy Zadania nr 1 poz. 18 „Pokrowce na przewody”:**

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 z zadania nr 1 i utworzy nowe zadanie 1a?.

Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty

**Odpowiedź:** NIE

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści również w poz. 18 pokrowiec na przewody o wymiarach 13x235 cm, spełniający pozostałe wymogi siwz?

**Odpowiedź:** NIE

**dotyczy Zadania nr 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5 :**

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1, poz. 2, poz. 3, poz. 4 z zadania nr 2 i utworzy cztery odrębne zadania? Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** NIE

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5 z zadania nr 2 i utworzy nowe zadanie 2b? Umożliwi to złożenia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** NIE

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści również w poz. 2 sterylny pokrowiec na aparaturę o śr. 60 cm?

**Odpowiedź:** NIE

### **Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 sterylny pokrowiec na mikroskop wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o śr. optyki 65 mm dł. 267 cm?

**Odpowiedź:** TAK

**dotyczy Zadania nr 1:**

### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający Zgodzi się wyłączyć z Zadania nr 1 pozycje nr 1-3, 11-15,19, 25,27 do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na powyższe pozycje?

**Odpowiedź:** NIE

### **Pytanie nr 8**

**zad. 1 poz. 27:** Czy Zamawiający dopuści rozmiar serwety na stolik Mayo 75 x 134 cm ?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 9**

**Zad. 1. poz. 6-8** Czy Zamawiający dopuści mankiety fartucha wykonane z poliestru?

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 10**

**Zad. 1. poz. 16:** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45 x 75 cm w miejsce 50 x 60 cm?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 11**

**Zad. 1 . poz. 18:** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15 x 250 cm ?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 12**

**Zad. 1 . poz. 21** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45 x 60 cm w kolorze zielonym ?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 13**

**Zad. 1 . poz. 22:** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45 x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm ?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 14**

**Zad. 1 . poz. 23:** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 90 x 80 cm z otworem o średnicy 8 cm ?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 15**

**Zad. 1 . poz. 24:** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 180 x 200 cm lub 134 x 210 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozmiar 180 x 200cm, nie dopuszcza rozmiaru 134x210 cm.

**Pytanie nr 16**

**Zad. 1 . poz. 32:** Czy Zamawiający dopuści serwetę zgodną z SIWZ w rozmiarze 80 x90 z otworem szerokości 10 cm w miejsce 9 cm i wymaganym zakresem regulacji?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 17**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania od nr 9 do nr 16 prosimy o wydzielenie pozycji nr 16,18,21,22,23,24,32 do oddzielnego zadania, co umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie odrębnego zadania.