

#

Kalisz, dnia 08-04-2011 roku

Wykonawca biorący

udział w postępowaniu

dot. rozstrzygnięcia postępowania na: **dostawę i uruchomienie testera bezpieczeństwa urządzeń medycznych.**

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), tj. bez stosowania ustawy Pzp, na dostawę i uruchomienie testera bezpieczeństwa urządzeń medycznych wybrano ofertę firmy:

MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o o. o.

ul. L. Krzywickiego 34,

02-078 Warszawa

z ceną oferty brutto - 20 600,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający informuje, że została odrzucona z przedmiotowego postępowania oferta nr 2 Wykonawcy ASTAT Sp. z o o. o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-441 Poznań.

UZASADNIENIE:

Oferta została odrzucona, ponieważ nie odpowiada treści „Zapytania Ofertowego” tj. zamawiający w poz. 14 Formularza Ofertowego (2) ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH zawarł wymóg, aby urządzenie bezwzględnie posiadało zasilanie bateryjne i na potwierdzenia tego wymogu w kolumnie „Oferowane parametry” należało wpisać „TAK” jednakże wykonawca w tejże poz. wpisał „NIE”, co jednoznacznie oznacza, że urządzenie nie posiada zasilania bateryjnego. Wobec powyższego parametry urządzenia określone w ofercie stają w sprzeczności z parametrami określonymi przez zamawiającego. W związku z powyższym oferta ww. wykonawcy została odrzucona na podstawie wymogu określonego w ZO cyt. „W kolumnie „Oferowane parametry” należy wpisać „TAK”, „TAK” i wartość oferowaną brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków”

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta dniu:

11-04-2011 roku.

Dziękujemy za złożenie oferty.