



Kalisz, dnia 26 lipiec 2011 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatury medycznej (znak sprawy 41a/11).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu (punkt II Naprawa, podpunkt 3/b) o treści:

„koszt wymienianych części będzie zwracany na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kserokopii faktury ich zakupu” ?

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia pkt II.3.b o treści „wymienianych części będzie zwracany na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kserokopii faktury ich zakupu” na „koszt wymienianych części będzie zwracana na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego oferty Wykonawcy” ?

Rozliczenie na podstawie faktury zakupowej nie uwzględniałoby kosztów manipulacyjnych związanych ze zmianami kursu walut, opłat manipulacyjnych, celnych, itp., a ich pokrycie obciążałoby Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie Nr 1 i 2:

Zamawiający modyfikuje treść części B.2.II ppkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferta naprawy sporządzana będzie przez Wykonawcę z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, ceny wymienianych części oraz innych kosztów:

a) wartość roboczogodziny będzie zgodna z wartością przedstawioną w Formularzu Cenowym (29 - 30)

złożonym w niniejszym postępowaniu. W koszt roboczogodziny powinien być wliczony dojazd przedstawiciela Wykonawcy przeprowadzającego naprawę – *dotyczy Zadań nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (respiratory) i 18,*

b) koszt wymienianych części będzie zwracany na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kserokopii faktury ich zakupu,

c) inne koszty, np.: opłaty manipulacyjne – zmiana kursu walut, opłaty celne, itp.”

Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 8 pozycji nr 3 i 4 ze względu na fakt iż obydwa wymienione urządzenia oraz części zamiennie do tych urządzeń nie są już produkowane ? Nie posiadając dostępu do pełnej oferty części zamiennych oferent nie jest w stanie zagwarantować obsługi serwisowej w/wym. Urządzeń, a jedynie wykonywanie przeglądów technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje ppkt 12 i 13 w części B.2.II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które otrzymują następującą treść:

„12. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia spowodowanej zaprzestaniem jego produkcji lub brakiem części zamiennych, albo nieopłacalnością naprawy urządzenie to zostanie wycofane z eksploatacji.

13. W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia objętego zakresem zamówienia, urządzenie to zostanie wykreślone z zawartej z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego, a wartość tej umowy będzie pomniejszona o wartość pozostałych do wykonania przeglądów oraz napraw oszacowanych w Formularzach Cenowych”.

Zamawiający zmienia zapisy ppkt 13 części B.2.I, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia objętego zakresem zamówienia, urządzenie to zostanie wykreślone z zawartej z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego, a wartość tej umowy będzie pomniejszona o wartość pozostałych do wykonania przeglądów oraz napraw oszacowanych w Formularzach Cenowych”.

Zamawiający modyfikuje także zapisy §9 ust. 10 Projektu umowy, który otrzymuje następującą treść:

„W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia ujętego w *Załączniku nr 1* do niniejszej umowy urządzenie to zostanie wykreślone z tego załącznika, a wartość umowy będzie pomniejszona o wartość pozostałych do wykonania przeglądów oraz oszacowanych napraw wycofanego urządzenia, co zostanie określone w sporządzonym do niniejszej umowy aneksie”.