

Kalisz, dnia 17 października 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro na:

sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji

Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy podłoży do posiewów tlenowych i beztlenowych krwi bez inhibitorów oraz z inhibitorami hamującymi działanie antybiotyków z okresem 6 miesięcy przydatności do użycia z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala (pok. 16) w dniach roboczych w godzinach 7⁰⁰ - 14³⁵ lub otrzymać za pośrednictwem poczty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także zamieszczona na stronie: www.szpital.kalisz.pl

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w SIWZ metodą: spełnia / nie spełnia. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia dokumentów wymienionych w SIWZ.

Oferty należy składać **do godz. 9:00 dnia 24 października 2011** roku w Kancelarii Zamawiającego.

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

KRYTERIUM Cena brutto - 100 %, waga 1,00

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Realizacja zamówienia: **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania.

Szczegółowych informacji udzielają:

odnośnie przedmiotu zamówienia: lek. wet. Wojciech Kujawa - Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej tel. 62 765-14-12, fax 62 757-13-23

odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych - mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62/ 765-13- 97, oraz referent ds. Zamówień Publicznych Aneta Raszewska. tel. 62/ 765-14-51.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny