



Kalisz, dnia 19 października 2011 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy implantów do zespołów śródszpikowych, śrub kaniulowych, obłożeń jednorazowych do endoprotezoplastyki oraz zamkniętego systemu do autotransfuzji krwi (sprawa nr 48a/11).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytania dotyczące Zadania nr 3:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści jedną etykietę samoprzylepną zawierającą wymagane informacje?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego o następującym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

3 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta z wycięciem z łatą chłonną i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm,

łata chłonna 75x140 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

1 kieszeń na płyny pakowana osobno (1 szt./opakowanie) i wliczona w cenę pozycji?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm Serweta z wycięciem U samoprzylepną o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizernami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 300cm Serweta samoprzylepna z łatą chłonną o wym. 80x30cm i pojedynczym organizernem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z

włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm Serweta z włókniny, samoprzylepna

1 x Nogawica o wym3 5 x 120 cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

+osobno pakowana kieszeń na płyny 30 X 40 cm.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o następującym składzie:

serweta z przylepcem oraz z wycięciem w kształcie litery U	1 szt.	260x240 cm
serweta z przylepcem	1 szt.	240x150 cm
pokrowiec na nogę	1 szt.	120x37 cm
kieszeń na płyny z kształtką	1 szt.	40x30 cm
taśma medyczna	6 szt.	50x9 cm
serweta na stół instrumentariuszki	1 szt.	190x150 cm
serweta na stolik Mayo	1 szt.	145x80 cm
serwetki do rąk	2 szt.	40x20 cm

Pozostałe parametry wyrobu zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie dotyczące Zadania nr 4:

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści Zamknięty układ ssący bez uchwytu na palec, o podciśnieniu początkowym 90 mm Hg, dwa dreny Redona pakowane osobno z systemem filtracji 40 mikronów w worku + 170 mikronów w przyrządzie do przetoczeń. Worek do drenażu o pojemności 500 ml i dodatkowo filtrem 170 mikronów. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytania dotyczące Zadania nr 1:

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego anatomicznego blokowanego w części bliższej ryglami o średnicy 6,5 mm ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa ramiennego rekonstrukcyjnego oddzielnego do lewej i prawej kończyny ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gwoździa ramiennego rekonstrukcyjnego oddzielnego do lewej i prawej kończyny.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa ramiennego rekonstrukcyjnego posiadającego w części bliższej 3 otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gwoździa ramiennego rekonstrukcyjnego jak wyżej

opisano.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdza do kości przedramienia i strzałkowej o średnicy $d = 3,5 \div 6$ mm, w 4 różnych średnicach w zadanym przedziale ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie dotyczące Zadania nr 2:

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych $\varnothing 4,5$ mm, długość 20-90 mm ?

Odpowiedź: NIE.

Treść powyższej odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.