

Kalisz, dnia 05-01-2012 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Dotyczy zadania nr 5 - Dostawa i uruchomienie laserowego zestawu biostymulacyjnego

Pytanie 1

Pkt. 2

Czy zamawiający oczekuje sondy ze światłem R czy IR, jeśli IR czy zamawiający dopuści sondę o długości fali 808 nm i mocy 250 mW, jeśli R czy zamawiający dopuści sondę o długości fali 650 nm i mocy 50 mW?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sondy IR jednakże nie dopuszcza sondy o powyższych parametrach.

Pytanie 2

Pkt. 3

Czy zamawiający dopuści torbę transportową do aparatu?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3

Pkt. 6

Czy zamawiający dopuści sondę powierzchniową z 4 sondami o mocy 60 mW, łącznie 240 mW, o powierzchni ok.. 25 cm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4

Pkt. 9

Czy zamawiający wymaga walizki transportowej dla sterownika i skanera? Skaner jako urządzenie o dużym gabarycie i czułych mechanizmach nie powinno być transportowane.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga walizki transportowej do lasera

Czy zamawiający dopuści torbę transportową na sterownik i wyposażenie.

Odpowiedź: NIE

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dokonał zmian treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

jest:

Termin złożenia - do godz. 9⁰⁰ dnia 05 stycznia 2012 r.

Termin otwarcia - godz. 9³⁰ dnia 05 stycznia 2012 r.

powinno być:

Termin złożenia - do godz. 9⁰⁰ dnia 12 stycznia 2012 r.

Termin otwarcia - godz. 9³⁰ dnia 12 stycznia 2012 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

