

Kalisz, dnia 13-03-2012 roku

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

dot. postępowania na: „**Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu dla Zakładu Patomorfologii**”

(znak sprawy 17/12).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

**Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu odczynników PAPANIKOLAU i utworzenia z nich osobnego pakietu nr 4a?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu odczynników PAPANIKOLAU i utworzenia z nich osobnego pakietu - Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 4 poz. 1, 2, 3:**

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie parafiny do histopatologii o temp. topnienia 50-54 °C?

Jest to zakres temperatur standardowo stosowany w technikach histopatologii jako niższa temperatura.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie parafiny histopatologicznej o temp. topnienia 56-57 °C? Wymagany przez Zamawiającego zakres 54-56°C jest niestandardowy i nietypowy dla parafin specjalistycznych - wg naszej wiedzy parafiny oferowane na rynku o tej temperaturze topnienia są niewskazane dla zatapiania preparatów histopatologicznych ze względu na ich słabe oczyszczenie. Natomiast oferowana przez nas parafina o temp. 56-57 °C jest wysoce specjalistyczną, wybitnie oczyszczoną parafiną do użycia właśnie w histopatologii.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania parafiny do histopatologii o powyższych parametrach Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 6:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 6 poz. 1 i 2 do osobnego zadania - Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 6 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pudełek tekturowych o wymaganych rozmiarach, ale bez przegródek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pudełek tekturowych bez przegródek - Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.