

Kalisz, dnia 19-03-2012 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ/ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **sukcesywne dostawy protez naczyniowych**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie dotyczy przedmiotu zamówienia:

1. Zawracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie protez naczyniowych o następujących parametrach:

„Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, antybakteryjne – impregnowane solami srebra, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność mniejsza lub równa 5 ml/cm²/min i rozmiarach:

2

w podpunkcie nr 1. średnica 20/10 mm i dł. 50 cm;

w podpunkcie nr 2. średnica 18/9 mm i dł. 50 cm;

w podpunkcie nr 3. średnica 16/8 mm i dł. 50 cm;

w podpunkcie nr 4. średnica 14/7 mm i dł. 50 cm;

w podpunkcie nr 5. średnica 6, 8, 10 mm i dł. 70 cm;

w podpunkcie nr 6. średnica 8, 10 mm i dł. 40 cm;

w podpunkcie nr 7. średnica 18, 20 mm i dł. 20 cm;

Odpowiedź dotyczy 1, 2: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie protez o powyższych parametrach i rozmiarach.

Zamawiający informuje, że treść powyższej odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

UWAGA:

W przypadku, kiedy Wykonawca oferował będzie wyroby o parametrach i rozmiarach zgodnych z powyższymi wyjaśnieniami, winien to uwzględnić w „Formularzu Asortymentowo Cenowym w kol. 2 Nazwa artykułu (wyrobu)”.