

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 145414-2012 z dnia 2012-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie 12 szt. aparatów do hemodializy oraz 1 szt. aparatu do technik ciągłych. 2. Oferowane aparaty wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku...

Termin składania ofert: 2012-05-17

Numer ogłoszenia: 147288 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 145414 - 2012 data 08.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7651397, fax. 062 7571323.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

· **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.

· **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie 12 szt. aparatów do hemodializy oraz 1 szt. aparatu do technik ciągłych. 2. Oferowane aparaty wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne. 3. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zostało przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz Ofertowy - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH str. 19-24 SIWZ 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) powiadomienie Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, b) dostarczenie aparatów na własny koszt do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, c) uruchomienie aparatów i oddanie do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, d) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji aparatów, e) przekazanie Zamawiającemu wraz z dostawą aparatów: instrukcji obsługi w języku polskim, instrukcji serwisowych, kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie), listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzeń do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny), wykaz częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, wymaganych przepisami prawa testów specjalistycznych, f) przeprowadzanie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta urządzeń przeglądów okresowych . g) serwis gwarancyjny Termin realizacji: Realizacja przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2012 roku. Zamawiający wymaga, aby dostawa przedmiotu zamówienia nastąpiła w dwóch terminach : a) w pierwszym terminie tj. do dnia 31 maja 2012 roku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić 8 szt. aparatów do hemodializy, b) w drugim terminie tj. do dnia 31 sierpnia 2012 roku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić 4 szt. aparatów do hemodializy i 1szt aparatu do technik ciągłych..

· **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie 12 szt. aparatów do hemodializy oraz 1 szt. aparatu do technik ciągłych. 2. Oferowane aparaty wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne. 3. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zostało przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz Ofertowy - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH str. 19-24 SIWZ 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) powiadomienie Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, b) dostarczenie aparatów na własny koszt do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, c) uruchomienie aparatów i oddanie do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, d) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji aparatów, e) przekazanie Zamawiającemu wraz z dostawą aparatów: instrukcji obsługi w języku polskim, instrukcji serwisowych, kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie), listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzeń do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny), wykaz częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, wymaganych przepisami prawa testów specjalistycznych, f) przeprowadzanie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta urządzeń przeglądów okresowych . g) serwis gwarancyjny Termin realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2012 roku. Zamawiający wymaga,

aby dostawa przedmiotu zamówienia nastąpiła w dwóch terminach :

- a) w pierwszym terminie tj. do dnia 31 maja 2012 roku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić 8 szt. aparatów do hemodializy **oraz wyposażenie na, które składa się monitor do pomiaru masy ciała 1 szt., jonometr 1 szt., stanowiska komputerowe 4 szt,**
- b) w drugim terminie tj. do dnia 31 sierpnia 2012 roku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić 4 szt. aparatów do hemodializy i 1szt aparatu do technik ciągłych .