Kalisz, dnia 21-06-2012 roku

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **sukcesywne dostawy błon i odczynników RTG**

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby na każdej pojedyńczej błonie znajdowało się tylko oznaczenie: nazwa producenta, a pozostałe dane tzn. data ważności, typ błony oraz nr emulsji (seria) na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby na każdej pojedyńczej błonie znajdowało się tylko oznaczenie: nazwa producenta, a pozostałe dane tzn. data ważności, typ błony oraz nr emulsji (seria) na opakowaniu.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby błony ogólnodiagnostyczne miały gęstość optyczną maksymalną 2,80 (wymóg wg siwz nie mniejszy 3,20)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, aby błony ogólnodiagnostyczne miały gęstość optyczną maksymalną 2,80 i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby błony ogólnodiagnostyczne miały kontrast średni 2,60 (wymóg wg siwz nie mniejszy niż 2,90)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, aby błony ogólnodiagnostyczne miały kontrast średni 2,60 i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby błony ogólnodiagnostyczne miały światłoczułość 1,40 (wymóg wg siwz nie gorsza niż 1,60)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, aby błony ogólnodiagnostyczne miały światłoczułość 1,40 i podtrzymuje zapisy siwz.

Zamawiający informuje, że treść odpowiedzi na pytanie nr 1 stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.