

Kalisz, dnia 05-10-2012 roku

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: ***Sukcesywne dostawy jałowych pakietów opatrunkowych do wkluć dializacyjnych***

*Znak sprawy*135/12

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 dot: pozycji 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli kompresy gazowe 7,5cm x 7,5cm 17 nitek 16 warstw w ilości 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jałowy pakiet opatrunkowy do wkluć dializacyjnych, w którego skład wchodzi kompresy gazowe 7,5cm x 7,5cm 17 nitek 16 warstw w ilości 5 szt.

Pytanie nr 2 dot: pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 7,6 x 5,1 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1. Rękawice lateksowe bezpudrowe roz. M - 2 szt. (1 para)
2. Rękawice lateksowe bezpudrowe roz. L - 1 szt.
3. Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm, 30g, 4 warst.- 6 szt.
4. Przylepiec włókninowy 15 cm x 2,5 cm- 4 szt.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1. Serweta włókninowa laminowana 38cm x 45cm - 1 szt.
2. Rękawice lateksowe bezpudrowe roz. M - 2 szt. (1 para)
3. Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm, 30g, 4 warst.- 4 szt.
4. Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul z wycięciem i wkładem chłonnym zabezpieczającym miejsce wkłucia 6 cm x 8 cm (sterylizowany tlenkiem etylenu) - 2 szt.
5. Przylepiec włókninowy 15 cm x 2,5 cm- 2 szt.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu 1 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Część I:

1. Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm, 30g, 4 warst.- 6 szt.
2. Przylepiec Softpore włókninowy 15,5 cm x 1,25 cm- 1 x 2 szt.
3. Serweta włókninowa 38cm x 45cm z wycięciem 20 cm - 1 szt.
5. Rękawice lateksowe bezpudrowe roz. S - 4 szt.

Część II (zintegrowana z cz. I):

1. Kompresy włókninowe 10 cm x 10 cm, 30g, 4 warst.- 5 szt.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu 1 poz. 1-3:

Czy Zamawiający ma na myśli kompresy włókninowe czy gazowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jałowy pakiet opatrunkowy do wkluc dializacyjnych, w którego skład wchodzi kompresy gazowe.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8cm x 6cm sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 8 dot. poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jałowy pakiet o poniższym składzie:

- kompresy włókninowe 4W 40g/m² 7,5cm x 7,5cm - 6szt.
- rękawice lateksowe niepurowane rozmiar S - 2 szt.
- rękawice lateksowe niepurowane rozmiar L - 1szt.
- włókninowa taśma samoprzylepna 2,5cm x 15cm - 4szt.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 9 dot. poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jałowy pakiet o poniższym składzie:

- kompresy włókninowe 4W 40g/m² 7,5cm x 7,5cm - 4szt.
- serweta włókninowa 40cm x 30cm - 1szt.
- opatrunek wykonany z miękkiej, elastycznej włókniny, posiadający wycięcie pod kaniulę, zawierający dodatkowy wkład chłonny, który stanowi podkładkę pod kaniulę; jałowy; opatrunek jest przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, jest sterylizowany radiacyjnie; rozmiar 8cm x 5,8cm - 1 szt.
- rękawice lateksowe niepurowane rozmiar S - 2 szt.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 10 dot. poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jałowy pakiet o poniższym składzie:

- Serweta z laminowana w rozmiarze 50 cm x 50 cm bez otworu - 1 szt.
- Kompresy włókninowe 30 g/m², 4W, 7,5 cm x 7,5 cm - 3 szt.
- opatrunek wykonany z miękkiej, elastycznej włókniny, posiadający wycięcie pod kaniulę, zawierający dodatkowy wkład chłonny, który stanowi podkładkę pod kaniulę; jałowy; opatrunek jest przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, jest sterylizowany radiacyjnie; rozmiar 8cm x 5,8cm - 2 szt.
- Kompresy włókninowe 30 g/m², 4W, 7,5 cm x 7,5 cm - 4 szt.

Odpowiedź : NIE

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

UWAGA:

W przypadku, kiedy Wykonawca oferował będzie wyroby o parametrach/rozmiarach zgodnych z powyższymi wyjaśnieniami, winien to uwzględnić w „Formularzu Asortymentowo Cenowym”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.