

Kalisz, dnia 09-10-2012 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz pojemników na zużyty sprzęt jednorazowy i pojemników na materiał do badań histopatologicznych**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1 Pakiet nr 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na materiał do badań histopatologicznych o pojemności 120 ml?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza do zaferowania pojemnik o powyższej pojemności.

Pytanie 2 Pakiet nr 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na materiał do badań histopatologicznych o pojemności 250 ml?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza do zaferowania pojemnik o powyższej pojemności.

Pytanie 3 Pakiet nr 7, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na materiał do badań histopatologicznych o pojemności 11000 ml?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza do zaferowania pojemnik o powyższej pojemności.

Pytanie 4 Zadanie nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny o pojemności 0,5 - 0,8 l?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza do zaferowania pojemnik o powyższej pojemności

Pytanie 5 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu7 pozycji 1 oraz 9?Utworzenie oddzielnego pakietu zawierającego te pozycje pozwoliłoby na zwiększenie konkurencyjności ofert złożonych w postępowaniu, a co za tym idzie byłoby korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na podział zadania nr 7.

Pytanie 6 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opcjonalne zaproponowanie pojemników o następujących objętościach:

- W poz. Nr 3 - 120 ml
- W poz. Nr 5 - 600 ml
- W poz. Nr 6 - 1180 ml
- W poz. Nr 7 - 3000 ml
- W poz. Nr 8 - 5400 ml
- W poz. Nr 9 - 11000 ml

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza do zaferowania pojemniki o powyższych objętościach.

Pytanie 7

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej.

Pytanie 8 dotyczy Formularz ofertowy i cenowy

Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, **czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania, do których przystępujemy?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż można załączyć do oferty Formularz Ofertowy zawierający tylko wybrane zadania i Formularze Asortymentowo Cenowe w zakresie, których Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia.

Pytanie 9 dotyczy postanowień umownych § 4 ust 1

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 5 dni na 7 dni .

Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do Państwa prośby i postanawia wydłużyć termin dostawy, o którym mowa § 4 ust 1 projektu umowy na 7 dni.

Pytanie 10, dotyczy zadania 2, pozycji 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2, pozycji 1 jednorazowego kompletnego trokara z bezpiecznym ostrzem, podwójnym systemem uszczelki oraz trójstopniowym kranikiem insuflacyjnym o średnicy 5mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 11, dotyczy zadania 2, pozycji 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2, pozycji 2 jednorazowego kompletnego trokara z bezpiecznym ostrzem, podwójnym systemem uszczelki oraz trójstopniowym kranikiem insuflacyjnym o średnicy 5-11 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 12, dotyczy zadania 2, pozycji 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2, pozycji 3 trokara jednorazowego użytku 5-12mm z gwintowanym urządzeniem mocującym jednorazowego użytku zawierającym podwójny system uszczelki oraz 3-stopniowy zawór umieszczony z boku trokara z następującymi ustawieniami; insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflacja przez dwudrożny zawór bez odłączania przewodu CO2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 13 dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 5 pozycja nr 1 protezy powięzi mięśni o wymiarach 100 x 160 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania protezę powięzi mięśni o powyższych wymiarach.

Pytanie 14 do projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby za dni robocze były uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 15 do projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 16 do projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 17 do projektu umowy

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

UWAGA:

1. **Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.**
2. W przypadku, kiedy Wykonawca oferował będzie wyroby o parametrach zgodnych z powyższymi odpowiedziami, winien to uwzględnić w Formularzu Asortymentowo Cenowym w kolumnie Nazwa artykułu (wyrobu).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.