

Kalisz, dnia 09-11-2012 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego**

sprawa nr 79/12

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1 dotyczy pkt. 23 wymaganych parametrów technicznych analizatora

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny zużywający do 2 l wody na godzinę pracy?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2 dotyczy pkt. 6 wymaganych parametrów technicznych analizatora

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny, w którym wartości dla kalibratorów i kontroli będą musiały zostać wprowadzone ręcznie przez użytkownika, ale jedynie przy zmianie LOT wyżej wymienionych?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3 dotyczy pkt. 5 wymaganych parametrów technicznych analizatora

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny, w którym parametry aplikacji dla wszystkich testów znajdują się w oprogramowaniu analizatora i nie muszą być odczytywane z kodów kreskowych?

Odpowiedź: TAK

Treść odpowiedzi na pytanie nr 3 stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.