

Kalisz, dnia 31-01-2013 roku

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ/ZMIANA TREŚCI SIWZ

w zakresie zadania nr 1 - Protezy dróg żółciowych

dot. postępowania na: ***Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych***

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw fabrycznie zmontowany, zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę (do wyboru: centralnie gięta lub ze zgięciem dwunastniczym)?

Odpowiedź: TAK przy pozostałych parametrach zachowanych.

Pytanie nr 2 Dot. Zadanie nr 1

Zwracam się z prośbą o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje lub wyłączenie z ww. pakietu pozycji 1 i 2 i stworzenie z nich osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że rezygnuje z zakupu wyrobu określonego w „Formularzu Asortymentowo Cenowym (1)” w **poz. 3 tj.** „Plastikowe protezy do protezowania dróg trzustkowych jednorazowego użytku, kształt w zależności od potrzeb: proste lub S-kształt lub z jednym końcem zagiętym typu pigtail, długość protezy 2-9cm, średnica protezy 5-7 Fr-szt.3” oraz wyrobu określonego w **poz.4 tj.** „Cewnik popychający do protez określonych w poz. 3, wielorazowego użytku, przystosowany do protezowania w /w protezami, współpracujący z przewodnikiem o średnicy 0.025” lub 0.035szt. 1”

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

UWAGA:

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty tj. Wykonawcy zobowiązani są wykreślić z Formularza Asortymentowo Cenowego (1) poz. 3 oraz poz. 4 i ich nie wyceniać.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.