

Kalisz, dnia 07-02-2013 roku

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

w zakresie zadania nr 1 - Protezy dróg żółciowych

dot. postępowania na: ***Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych***

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2 (dotyczy umowy dla zadania nr 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy (realizacja musi wynieść min. 70%)”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2a) (dotyczy umowy dla zadania nr 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy trzykrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni robocze termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 ust. 4 lit c umowy, po wcześniejszym wezwaniu do realizacji zamówienia”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4c) (dotyczy umowy dla zadania nr 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia składu z 3 dni roboczych na 4 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 4 (dotyczy umowy dla zadania nr 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 4 (dotyczy umowy dla zadania nr 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 ust. 4 d) za dostarczony towar). Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 5 ust.2 (dotyczy umowy dla zadania nr 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od momentu dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem do pierwszego użycia dla wyrobów jednorazowych”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 5 ust.3 (dotyczy umowy dla zadania nr 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 6 ust.1 (dotyczy umowy dla zadania nr 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,3% na 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Powyższe pytanie nie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z godz. 9.00 na godz. 11.00 w dniu 06.02.2013r.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dniu 04-02-2013 roku został przesunięty termin składania ofert na: do godz. 9⁰⁰ dnia 12 lutego 2013 r.

Pytanie 11

Dotyczy Formularza asortymentowo cenowego, zdanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1, poz. 2 pozwoli zaoferować protezy gięte centralnie oraz z zagięciem dwunastniczym, o średnicach 7 Fr (śr. wewnętrzna ok. 1,7mm), 8,5 Fr (śr. wewnętrzna ok. 2,1mm) i 10 Fr (śr. wewnętrzna ok. 2,3mm), długości protez: 5; 7; 9; 12; 15cm, jeden z końców protezy temperowany, 6 otworów bocznych od strony temperowanej, 2 otwory boczne od strony tępo zakończonej, proteza pakowana z plastikowym pozycjonerem służącym do jej nakładania na zestaw wprowadzający przy zachowaniu sterylności, na pojedynczym opakowaniu handlowym 4 naklejki zawierające numer katalogowy oraz numer LOT niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Formularza asortymentowo cenowego, zdanie nr 1

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycję nr 2 i utworzy z niej oddzielny pakiet (np. 1 a), co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.