

Kalisz, dnia 20-03-2013 roku

## **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ/ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dot. postępowania na: **Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Histopatologicznej "**

(znak sprawy 20/13).

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, informujemy, co następuje:

#### **Pytanie dotyczy Zadania nr 7:**

Czy zamawiający w pozycji 4, 5, 6 dopuści nożyki o kącie ostrzenia 35°?

Według najlepszej wiedzy naszej firmy, jak też zgromadzonych danych odnoście artykułów do patomorfologii dostępnych na rynku, wyspecyfikowane nożyki, tj. o kącie ostrzenia 30°, nie są i nie były produkowane, a zatem podejrzewamy, że do opisu przedmiotu zamówienia wkradł się błąd uniemożliwiający złożenie ważnej oferty w zadaniu nr 7.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w pozycji 4, 5, 6 nożyki o kącie ostrzenia 35°.

Treść powyższej odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Ponadto Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. W wyniku dokonanej zmiany *Rozdział I SIWZ* otrzymał następujące brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego kond. III D, pok. 10 w godz. 7<sup>00</sup>-14<sup>35</sup>.

Termin złożenia – **do godz. 9<sup>00</sup> dnia 25 marca 2013 r.**

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.

Termin otwarcia – **godz. 9<sup>30</sup> dnia 25 marca 2013 r.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.**