



Kalisz, dnia 23 kwietnia 2013 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na dostawę dla potrzeb oddziałów szpitalnych: wózków, stolików, taboretów, podestów, parawanów, balkoników, stojaków do kroplówek, kozetek lekarskich, krzeseł do pobierania krwi, przyłóżkowego urządzenia rehabilitacyjnego, lamp bakteriobójczych, a także kocy i poduszek, foteli obrotowych, luster łazienkowych i koszy oraz lodówek (sprawa nr 23/13).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytania dotyczące Zadania nr 3 - Dostawa taboretów, stolików, wózków, kozetek lekarskich, krzeseł do pobierania krwi, stelaży na worki oraz przyłóżkowego urządzenia rehabilitacyjnego:

Pytanie nr 1 dot. poz. 2 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści stół pod aparaturę medyczną wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na wybrany kolor RAL, na kołach o średnicy 75mm (2 z blokadą) wyposażony w : 2 blaty z przetłoczeniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się oraz 2 szuflady, listwę zasilającą, wieszak do kroplówki, wysięgnik kabli; o wymiarach 340x500x900mm oraz wymiarze blatów 320x440mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stoika pod aparaturę medyczną o parametrach jak opisał powyżej Wykonawca.

Pytanie nr 2 dot. poz. 3 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści stół pod aparaturę medyczną wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na wybrany kolor RAL, na kołach o średnicy 75 cm (2 z blokadą) wyposażony w : 2 blaty z przetłoczeniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się oraz 1 szufladę pod blatem, o wymiarach 400x700x800mm oraz wymiarze blatów 700x400mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stoika pod aparat EKG jak opisano w pytaniu.

Pytanie nr 3 dot. poz. 21 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści stół pod aparaturę medyczną wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na wybrany kolor RAL, na kołach o średnicy 75mm (2 z blokadą) wyposażony w : I blat z przetłoczeniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się oraz I szufladę, o wymiarach 340x500x800mm oraz wymiarze blatów 320x440mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stoika pod aparaturę medyczną jak opisano w pytaniu.

Pytanie nr 4 dot. poz. 19 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści wózek toaletowy o wymiarach siedziska 42x42 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka toaletowego o wymiarach siedziska 42x42 cm.

Pytanie nr 5 dot. poz. 19 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści wózek toaletowy o wymiary: szerokość siedzenia 42 cm, głębokość siedzenia 42 cm, szerokość wózka 57 cm, wysokość Oparcia 47 cm, wysokość do siedziska 47 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka toaletowego o wymiarach jak wyżej podano.

Pytanie nr 6 dot. poz. 19 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści wózek toaletowy z miękkie, tapicerowane podłokietniki opuszczanymi odchylanymi, ułatwiające siadanie i zsiadanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka toaletowego jak opisano w pytaniu.

Pytanie nr 7 dot. poz. 22 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści PUR o wymiarach: długość 220cm, wysokość 190cm (na kółkach), szerokość 70cm, waga 52kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 8 dot. poz. 20 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi wykonany z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo, o stałej wysokości, o następujących parametrach: całkowita szerokość 60,6 cm, całkowita długość 80,5 cm, szerokość podstawy 70 cm, długość podstawy 70,5 cm, całkowita wysokość 82,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytania dotyczące Zadania nr 2 - Dostawa stojaków do kroplówek, wózków siedzących, podestów, taboretów

prysznicowych, parawanów oraz balkoników

Pytanie nr 9 dot. poz. 2 Formularza Cenowego:

Czy zamawiający wymaga aby płyty podnóżka w wózku siedzącym wykonane były z aluminium i zaopatrzone w kółka odbojowe wzmacniające konstrukcje wózka i jednocześnie zabezpieczające ściany przed obiciami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka siedzącego jak wyżej opisał Wykonawca.

Pytanie nr 10 dot. poz. 4 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści taboret prysznicowy z siedziskiem wykonanym z elastycznego tworzywa o wysokiej trwałości, wyposażonym w otwory do odprowadzania wody bez nakładki ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taboreta prysznicowego z siedziskiem wykonanym z elastycznego tworzywa o wysokiej trwałości, wyposażonego w otwory do odprowadzania wody bez nakładki.

Pytanie nr 11 dot. poz. 4 Formularza Cenowego:

Czy zamawiający dopuści taboret prysznicowy o wymiarach siedziska 51-42 cm, regulacji wysokości 35 51 cm i jednocześnie większej nośności do 113 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taboreta prysznicowego o wymiarach siedziska 51-42 cm, regulacji wysokości 35 51 cm i jednocześnie większej nośności do 113 kg.

Pytanie nr 12 dot. poz. 6 Formularza Cenowego:

Czy zamawiający dopuści balkonik regulacją wysokości większej 81-99 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie balkonika z regulacją wysokości większej 81-99 cm.

Pytanie nr 13 dot. poz. 6 Formularza Cenowego:

Czy zamawiający dopuści balkonik z hamulcami na tylnych kołach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie balkonika z hamulcami na tylnych kołach.

Pytanie dotyczące Zadania nr 6 - Dostawa lusterek łazienkowych oraz koszy:

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści kosze w zadaniu 6 pozycji 6 o pojemności 1401 lub 2401 gdyż nikt nie produkuje koszy o pojemności 1601 i takich koszy nie ma na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.