

Kalisz, dnia 02-07-2013 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych**

sprawa nr 46/13

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1 dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 2 dopuści złożenie oferty na zestaw do opaskowania jałowy.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2 dotyczy zadania nr 7:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezy do drenażu dróg żółciowych bez znacznika od strony dwunastnicy i długościach: 5,7,9,12,15 cm.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3 dotyczy zadania nr 8:

Czy Zamawiający w pozycji 11 Zadania 8 dopuści złożenie oferty na szczotki o długości 230 cm o końcówkach jednolitych ze średnicą 3 mm, z zakończeniami typu „oliwka”.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4 dotyczy zadania nr 8:

Czy Zamawiający w pozycji 13 Zadania 8 dopuści złożenie oferty na szczotki o długości 230 cm.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5 dotyczy zadania nr 8:

Czy Zamawiający w pozycji 14 Zadania 8 dopuści złożenie oferty na szczotki o długości 120 cm.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 6 dotyczy zadania nr 8:

Czy Zamawiający w pozycji 8 Zadania 8 dopuści złożenie oferty pętli nieobrotowe z tubusem o średnicy 2,5 mm.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 7 dotyczy zadania nr 8:

Czy Zamawiający w pozycji 8 Zadania 8 dopuści złożenie oferty pętli o średnicy 25 mm, z tubusem o średnicy 2,5 mm.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 8 dotyczy zadania nr 8:

Czy Zamawiający w pozycji 9 Zadania 8 dopuści złożenie oferty pętli z tubusem o średnicy 2,5 mm.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9 dotyczy zadania nr 5:

Pozycja 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 4 lub 6 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 10 dotyczy zadania nr 5:

Pozycje 1- 5:

Czy zamawiający wymaga blokady ostrza igły po jej wysunięciu z osłony teflonowej celem ułatwienia iniekcji?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 11 Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2 (dotyczy umowy dla zadania nr 1-6, 8-9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy (realizacja musi wynieść min. 70%)”

Pytanie 12 Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2a) (dotyczy umowy dla zadania nr 1-6, 8-9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy trzykrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni robocze termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy, po wcześniejszym wezwaniu do realizacji zamówienia”

Pytanie 13 Dotyczy warunków umowy § 5 ust.2 (dotyczy umowy dla zadania nr 1-6, 8-9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od momentu dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem do pierwszego użycia dla wyrobów jednorazowych”

Pytanie 14 Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3 (dotyczy umowy dla zadania nr 1-6, 8-9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę”

Pytanie 15 Dotyczy warunków umowy § 6 ust.1 (dotyczy umowy dla zadania nr 1-6, 8-9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,3% na 0,1%?

Pytanie 16 Dotyczy warunków umowy § 7 (dotyczy umowy dla zadania nr 1-6, 8-9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Pytanie 17 Dotyczy warunków umowy § 7 (dotyczy umowy dla zadania nr 1-6, 8-9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 7 ust. 1 za dostarczony towar). Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”

Odpowiedź (dot. pyt. 11- 17): Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Pytanie 18

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy treści SIWZ

Pytanie 19 Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego, zdanie nr 8

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8, poz. 7 pozwoli zaoferować chwytak palczasty o średnicy osłonki 2,6mm, pasujący do kanału roboczego o śr. Min. 2,8mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 20 Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego, zdanie nr 8

Czy w zadaniu nr 8, poz. 11 nie zaszła omyłka pisarska i czy Zamawiający miał na myśli szczotkę wyposażoną w 3 główki o średnicy 6 mm zamiast 3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Zamawiający informuje, iż treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku, kiedy Wykonawca oferował będzie wyroby o parametrach zgodnych z powyższymi odpowiedziami, winien to uwzględnić w Formularzu Asortymentowo Cenowym.