



Kalisz, dnia 01 października 2013 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na dostawę dla potrzeb oddziałów szpitalnych: kozetek lekarskich, stolików medycznych, wózków do leków, materacy, wieszaków do kroplówek, fartuchów do ochrony przed promieniowaniem RTG, kołnierzy chroniących tarczycę i okularów ochronnych oraz krzeseł obrotowych i stacjonarnych (sprawa nr 65/13).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści **kozetkę lekarską** o wymiarach: wysokość 550 mm, długość 1880 mm, szerokość 550 mm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kozetek lekarskich o wymiarach jak zaproponował powyżej Wykonawca.

Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści **stolik do narzędzi chirurgicznych**, którego szkielet wykonany jest ze stali kwasoodpornej? Oferowany parametr jest lepszy, niż opisany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika do narzędzi chirurgicznych, którego szkielet wykonany jest ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści **stolik do narzędzi chirurgicznych** wyposażony w dwa blaty ze stali kwasoodpornej? Proponowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika do narzędzi chirurgicznych wyposażonego w dwa blaty ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści **stolik do narzędzi chirurgicznych** o wymiarach: wysokość 810 mm, długość 740 mm, szerokość 440 mm? Oferowane wymiary będą praktyczne podczas codziennego korzystania ze stolika.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści **stolik zabiegowy** wyposażony w dwa blaty ze stali kwasoodpornej? Proponowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika zabiegowego wyposażonego w dwa blaty ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 6 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści **stolik zabiegowy** wyposażony w dwie uchylne miski ze stali kwasoodpornej? Proponowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika zabiegowego wyposażonego w dwie uchylne miski ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 7 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści **wózek do leków** wyposażony w cztery przenośne tace wykonane ze stali kwasoodpornej? Proponowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do leków wyposażonego w cztery przenośne tace wykonane ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 8 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści **wózek do leków** wyposażony w dwie uchylne miski ze stali kwasoodpornej?

Proponowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do leków wyposażonego w dwie uchylne miski ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 9 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści **wózek do leków** o wymiarach: wysokość 875 mm, szerokość 425 mm, długość 660 mm? Oferowane wymiary będą praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do leków o wymiarach jak wyżej zaproponował Wykonawca.

Pytanie nr 10 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjny wózek oddziałowy** wyposażony w uchwyt na worek foliowy z przykryciem? Proponowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wielofunkcyjnego wózka oddziałowego w uchwyt na worek foliowy z przykryciem.

Pytanie nr 11 dot. SIWZ:

Czy w odniesieniu do zapisu w **pkt. B pkt. 2 (dot. zadania nr 1)** Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia, w którym nie wszystkie pozycje asortymentowe są wyrobem medycznym? Nie wszyscy producenci posiadają produkty sklasyfikowane jako wyrób medyczny, które zgodnie z dyrektywami europejskimi oraz ustawą o wyrobach medycznych nie są objęte deklaracjami zgodności i nie podlegają żadnym wpisom do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści wagę okularów do 86 gr ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 13 dot. Zadania nr 2:

Z uwagi na dużą rozpiętość cenową czy Zamawiający może podać jakie modele okularów i w jakich ilościach (z planowanych 4 sztuk) zamierza wybrać do realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimum 13 modeli i minimum 10 kolorów do wyboru w jednej cenie.

Pytanie nr 14 dot. Zadania nr 2:

Czy kołnierz na tarczycę ma być wykonany z gumy ołowiowej czy z materiału bezołowiowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż kołnierz ma być wykonany z materiału bezołowiowego.

Pytanie nr 15 dot. Zadania nr 2:

Z uwagi na bezpośrednią zależność ceny od rozmiaru fartucha i w związku z tym niemożliwością podania jednej ceny w pozycji 1 czy Zamawiający może podać rozmiarówkę (wzrost i obwód w najszerszym miejscu) dla każdej sztuki fartucha osobno.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga uśrednienia ceny na wszystkie rozmiary fartuchów.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

■ Termin składania ofert - do godz. 9⁰⁰ dnia 04 października 2013r.

■ Termin otwarcia ofert - godz. 9³⁰ dnia 04 października 2013r.

Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.