



Kalisz, dnia 08 listopada 2013 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na dostawę dla potrzeb oddziałów szpitalnych: kozetek lekarskich, stolików medycznych, wózków, materacy oraz wieszaków do kroplówek (znak sprawy 133/13).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 dot. kozetek lekarskich - 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **kozetkę lekarską** posiadającą regulacją zagłówka dokonywaną ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie +/- 45°? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kozetek posiadających regulację zagłówka dokonywaną ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie +/- 45°.

Pytanie nr 2 dot. kozetek lekarskich - 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **kozetkę lekarską** o wymiarach: wysokość 510 mm, długość 1880 mm, szerokość 550 mm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego i nie pogorszą walorów użytkowych produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kozetek o wymiarach jak wyżej zaproponował wykonawca.

Pytanie nr 3 dot. stolików do narzędzi chirurgicznych - 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **stolik do narzędzi chirurgicznych**, którego szkielet wykonany jest ze stali kwasoodpornej? Oferowany parametr jest lepszy, niż opisany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolików, których szkielet wykonany jest ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 4 dot. stolików do narzędzi chirurgicznych - 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **stolik do narzędzi chirurgicznych** wyposażony w dwa blaty ze stali kwasoodpornej? Proponowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolików wyposażonych w dwa blaty ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 5 dot. stolików zabiegowych - 16 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **stolik zabiegowy** wyposażony w dwa blaty ze stali kwasoodpornej? Proponowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolików zabiegowych wyposażonych w dwa blaty ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 6 dot. stolików zabiegowych - 16 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **stolik zabiegowy** wyposażony w dwie uchylne miski ze stali kwasoodpornej? Proponowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolików zabiegowych wyposażonych w dwie uchylne miski ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 7 dot. wózka do leków - 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **wózek do leków** wyposażony w cztery przenośne tace wykonane ze stali kwasoodpornej? Proponowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do leków wyposażonego w cztery przenośne tace wykonane ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 8 dot. wózka do leków - 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **wózek do leków** wyposażony w dwie uchylne miski ze stali kwasoodpornej? Proponowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do leków wyposażonego w dwie uchylne miski ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 9 dot. wózka do leków - 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **wózek do leków** o wymiarach: wysokość 875 mm, szerokość 425 mm, długość 660 mm? Oferowane wymiary będą praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do leków o wymiarach jak powyżej zaproponował wykonawca.

Pytanie nr 10 dot. wielofunkcyjnego wózka oddziałowego - 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjny wózek oddziałowy** wyposażony w wyjmowaną tacę wykonaną ze stali kwasoodpornej? Proponowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wielofunkcyjnego wózka oddziałowego wyposażonego w wyjmowaną tacę wykonaną ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 11 dot. wielofunkcyjnego wózka oddziałowego - 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjny wózek oddziałowy** wyposażony w uchwyt na worek foliowy z przykryciem? Proponowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wielofunkcyjnego wózka oddziałowego wyposażonego w uchwyt na worek foliowy z przykryciem.

Pytanie nr 12 dot. wielofunkcyjnego wózka oddziałowego - 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjny wózek oddziałowy** o wymiarach 1000/430/890 mm? Oferowane wymiary będą praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka i nie pogarszają walorów użytkowych produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wielofunkcyjnego wózka oddziałowego o wymiarach jak wyżej zaproponował wykonawca.

Pytanie nr 13 dot. zapisów SIWZ:

Czy w odniesieniu do zapisu w **pkt. B pkt. 2** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia, w którym wszystkie pozycje asortymentowe są wyrobami medycznym?

Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze, biorąc pod uwagę przeznaczenie produktów.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. stolików zabiegowych - 16 szt.:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy (poz.3) o metalowym szkieletcie, chromowanym, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolików zabiegowych o metalowym szkieletcie, chromowanym

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.