

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 40150-2014 z dnia 2014-02-04 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań koagulologicznych i parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej. Przedmiot zamówienia składa się z 2...

Termin składania ofert: 2014-02-12

Numer ogłoszenia: 43334 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 40150 - 2014 data 04.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7651397, fax. 062 7571323.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.5.
- **W ogłoszeniu jest:** inne dokumenty 1) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami - certyfikaty, deklaracje zgodności CE, 2) materiały informacyjne producenta w języku polskim (katalogi, foldery, instrukcje obsługi, itp.) potwierdzające posiadanie przez oferowane analizatory wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych - należy w nich zaznaczyć oferowane parametry, 3) ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim..
- **W ogłoszeniu powinno być:** inne dokumenty 1) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami - certyfikaty, deklaracje zgodności CE, 2) materiały informacyjne w języku polskim (katalogi, foldery, instrukcje obsługi, itp.) potwierdzające posiadanie przez oferowane analizatory wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych - należy w nich zaznaczyć oferowane parametry, 3) ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim..