



Kalisz, dnia 10 lutego 2014 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań koagulologicznych i parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej (sprawa nr 4/14).

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy informujemy co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści metodę wykrzepialną z pomiarem mechanicznym.

Proponowana metoda zapewnia wiarygodne wyniki dla testów lipemicznych, ikterycznych i hemolizowanych, ponieważ zmętnienie i barwa badanej próbki nie mają wpływu na detekcję powstającego skrzepu?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści analizatory o wydajności 140 ozn/h dla PT?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

■ ***Termin składania ofert - do godz. 9⁰⁰ dnia 13 lutego 2014r.***

■ ***Termin otwarcia ofert - godz. 9³⁰ dnia 13 lutego 2014r.***

Treść powyższych odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.