



Kalisz, dnia 17 lutego 2014 roku

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

## **I N F O R M A C J A**

Dotyczy: postępowania na dostawę i uruchomienie rejestratorów holterowskich ciśnienia tętniczego krwi  
(znak sprawy 106/14).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

### **Pytanie Nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści aparat holterowski ciśnienia tętniczego krwi wyposażony w materiałowe mankiety zawijane i zabezpieczane rzepem, z wykorzystaniem płaskiego elementu O-ring do odbarczenia naciągu zapięcia, co zapewnia lepszą stabilizację mankieta w czasie pomiaru, niż elastyczny element pod mankietem? Elastyczny rękaw jest rozwiązaniem jednego producenta (Suntech Medical) i jest rozwiązaniem o spornej przydatności praktycznej (na podstawie naszych własnych doświadczeń handlowych i serwisowych z aparatami Suntech Medical), jak również o kwestionowanym komforcie pacjenta (4 rozmiary mankietów w ofercie producenta powodują, że część pacjentów nie toleruje ucisku rękawa elastycznego, skutkiem czego wiele pracowni samodzielnie modyfikuje te mankiety poprzez wycięcie rękawa).

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

### **Pytanie Nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści aparaty zasilane z 3 ogniw w rozmiarze AA?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację

### **Pytanie Nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez wbudowanego kalkulatora progów pediatrycznych? Zamawiający nie wymaga specjalnych walidacji możliwości stosowania aparatów dla pacjentów <14 roku życia, ani też nie wymaga w dostawie mankietów dziecięcych, nie ma więc pewności że wybrany aparat wg. kryterium ceny, umożliwi zastosowanie tej funkcji oprogramowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania bez wbudowanego kalkulatora progów pediatrycznych.

### **Pytanie Nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez automatycznie wyliczanej wartości PRP/1000?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację

### **Pytanie Nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez automatycznego podsumowania badania?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację

### **Pytanie Nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez automatycznego wylogowania użytkownika po okresie bezczynności?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania bez automatycznego wylosowania użytkownika po okresie bezczynności.

Dotyczy pytań Nr 1-6:

Firma nasza oferuje aparaty marki Spacelabs, które stanowią wiarygodne i rzetelne rozwiązanie, udokumentowane

wieloletnią historią użytkowania w kraju i na świecie. Podane w SIWZ parametry techniczne zawężają możliwość uzyskania ofert, do aparatu dobrej klasy, ale tylko od jednego producenta. Dopuszczenie naszej oferty nie będzie dla Państwa pogorszeniem możliwości wyboru ofert.

**Pytanie Nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi bez wbudowanego wyświetlacza LCD za to z interfejsem bluetooth dzięki któremu istnieje możliwość podglądu próbnych pomiarów ciśnienia krwi na ekranie komputera? Brak wyświetlacza może stanowić również dodatkowy atut urządzenia ponieważ pacjent nie ma możliwości podglądu mierzonego ciśnienia co często staje się przyczyną zniekształceń w wynikach badania a niekiedy również powoduje iż konieczne staje się powtórzenia badania.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację

**Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:**

■ *Termin składania ofert - do godz. 9<sup>00</sup> dnia 20 lutego 2014r.*

■ *Termin otwarcia ofert - godz. 9<sup>30</sup> dnia 20 lutego 2014r.*

*Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.*