



Kalisz, dnia 14 maja 2014 roku

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

## **I N F O R M A C J A**

*Dotyczy:* postępowania na sukcesywne dostawy protez naczyniowych (znak sprawy 112/14).

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy, co następuje:

### ***Pytanie:***

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając protez o grubości ściany 4 mm ? Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez o grubości ściany 0,47 mm.

***Odpowiedź:*** Zamawiający potwierdza, że w określeniu grubości ściany protez na 4 mm zaszła omyłka. Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 12 maja 2014r. Zamawiający określił grubość ściany na 0,63 mm.

W odpowiedzi na niniejsze pytanie Wykonawcy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie protez naczyniowych o grubości ściany 0,47 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

*Treść powyższych wyjaśnień stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.*