

Kalisz, dnia 19-05-2014 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezyjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów** (sprawa nr 22/14)

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 - dot. Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1-3 zestawów do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera o długościach 15 i 20cm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 2 - dot. Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 zestawu do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem 2-światłowym 7 Fr 14, 18G?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 3 - dot. Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji 1 dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem jednoświatłowym 14 G o długości 15 i 20 cm. W zestawie: cewnik poliuretanowy z drenem przedłużającym, igła do nakłucia 16 G dł. 70 mm, strzykawka 5 ml, przewodnik typu „J” i dylatalot?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 4 - dot. Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 dopuści dopuści dwuświatłowy cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F o długości 16 i 20 cm. Kanały 16G i 18G przewodnik typu J śr. 0,88mm x 60cm . Przepływy 47/42 ml/min. Igła wprowadzająca G 18x 70mm. Zestaw zawiera: cewnik z drenem przedłużającym i zaciskami, igłę do nakłucia, krótką kaniulę 18G, stopniowany „J” przewodnik, dylatator, skalpel, dodatkowe skrzydełko do mocowania, 5ml strzykawkę, zatyczkę do wstrzykiwania?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 5 - dot. Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 3 dopuści dopuści trójświatłowy cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F o długości 16 i 20 cm. Kanały 14,18G i 18G przewodnik typu J śr. 0,88mm x 60cm . Przepływy 47/42 ml/min. Igła wprowadzająca G 18x 70mm. Zestaw zawiera: cewnik z drenem przedłużającym i zaciskami, igłę do nakłucia, krótką kaniulę 18G, stopniowany „J” przewodnik, dylatator, skalpel, dodatkowe skrzydełko do mocowania, 5ml strzykawkę, zatyczkę do wstrzykiwania?

Odpowiedź: NIE

Jednocześnie informuje, iż w najbliższych dniach na stronie internetowej Zamawiającego ukaże się dalszy ciąg wyjaśnień do SIWZ, w związku z zapytaniem nadesłanymi od Wykonawców.