

Kalisz, dnia 20 czerwca 2014 roku

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

SPROSTOWANIE DO ZADANIA NR 3

dot. postępowania na: ***sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezyjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów*** (sprawa nr 22/14)

W rozstrzygnięciu postępowania z dnia 17-06-2014 roku dodaje się następującą informację :

Zamawiający informuje, iż oferta Wykonawcy AKME Sp. z o. o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa została odrzucona w zakresie zadania nr 3.

Uzasadnienie odrzucenia:

Wykonawca w zakresie zadania nr 3 poz. 2 zaoferował wyrób niespełniający wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ :

w poz. 2 formularza asortymentowo cenowego

Zamawiający wymagał min.:

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

Z cewnikiem 2- światłowym 7 Fr, dł. 16 cm, 16,16 G lub 16,18 G

Wykonawca zaoferował:

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

Z cewnikiem 2- światłowym 7 Fr, dł. 16 cm, 14/18 G

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp. - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 3 może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego sprostowania.