

Kalisz, dnia 21-01-2015 roku

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: *sukcesywne dostawy cewników zbrojonych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki oraz stabilizacji szyjnej i protez trzonów kręgosłupa dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii; Nr sprawy: 102/15.*

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, informujemy, co następuje:

Pytanie dotyczy: Zadanie nr 2: Stabilizacja szyjna międzytrzonowa klatką PEEK:

Czy Zamawiający, w zadaniu nr 2, dopuści do zaoferowania niesterylne klatki międzytrzonowe z anatomicznym odwzorowaniem powierzchni będących w kontakcie z powierzchniami trzonów szyjnych; dostarczane bez wypełnienia bądź z wypełnieniem (siarczan wapnia w postaci pasty oraz trójfosforan wapnia w postaci monobloku, do wyboru przez operatora). Pozostałe, wymagane parametry, zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert na:

Termin złożenia – **do godz. 9⁰⁰ dnia 26 stycznia 2015 r.**

Termin otwarcia – **godz. 9³⁰ dnia 26 stycznia 2015 r.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Treść powyższej odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.